







Raymond Control Sound Log Calibration Report

Survey Number: 20130120-03
Date: 20-Jan-2013
Calibration Location: Artesia Lab
Calibrated By: Stimpfl

Master Calibration, performed Thu Mar 28 10:00:12 2013

Pass 1a		Calibrated Unit		Results	
Zero	Cal	Zero	Cal	Span	Offset
A	0.000	0.000	17.461	17.318	0.006
B	0.000	0.000	17.461	17.421	0.012
A-B	0.000	0.000	0.000	0.103	0.006
C1	0.000	0.000	0.000	17.318	0.000
C2	0.000	0.000	0.000	17.318	0.000
C3	0.000	0.000	0.000	17.318	0.000
C4	0.000	0.000	0.000	17.318	0.000
C5	0.000	0.000	0.000	17.318	0.000

Internal Reference Calibration, performed Thu Jan 31 08:00:00 1970

Pass 1a		Calibrated Unit		Results	
Zero	Cal	Zero	Cal	Span	Offset
n/a					

Air Zero Calibration, performed Thu Mar 28 10:01:00 2013

Pass 1a		Calibrated Unit		Results	
Zero	Cal	Zero	Cal	Span	Offset
A	0.000		0.000		0.000
B	0.000		0.000		0.000
A-B	0.000		0.000		0.000
C1	0.000		0.000		0.000
C2	0.000		0.000		0.000
C3	0.000		0.000		0.000
C4	0.000		0.000		0.000
C5	0.000		0.000		0.000

Inactive Pad Calibration Report

Survey Number: 20130120-03
Date: 20-Jan-2013
Calibration Temp: 68 F / 20 C
Manufacturing Drawing: 91-104
Calibrated: Yes
Certificate: Certificate